

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ โดยวิธีตกลงราคา จำนวน ๒ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสามบัณฑิต
2. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๑๖,๖๐๐ บาท
3. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๘ มิถุนายน ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๑๑๖,๖๐๐ บาท
4. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 - 4.1 บริษัท ชนุดา มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
 - 4.2 ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี บิสซิเนส เคมีคอล
 - 4.3 บริษัท คงเจริญ มั่นคง จำกัด
5. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน
 - 5.1 นายอวยชัย เตือนฉาย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขอาวุโส รพ.สต.บ้านหีบ สสอ.อุทัย
 - 5.2 นางทิตานันท์ ตรีลป ตำแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน รพ.สต.เสนา สสอ.อุทัย
 - 5.3 นายสัญญา หามนตรี ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ รพ.สต.หนองไม้ซุง สสอ.อุทัย

ครุภัณฑ์การแพทย์

๑. ความต้องการ ครุภัณฑ์การแพทย์ มีอุปกรณ์และคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย

๓. เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยระบบแรงดันไอน้ำ อัตโนมัติ

คุณลักษณะทั่วไปเป็นเครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและแรงดันไอน้ำแบบแนวนอน ทำงานด้วยระบบอัตโนมัติ สามารถอบนิ่งวัสดุเครื่องมือ และมีระบบทำให้วัสดุที่อบนิ่งฆ่าเชื้อเสร็จแล้วนั้นแห้งด้วยระบบดูดน้ำกลับ และระบบทำแห้งอัตโนมัติต่อเนื่อง เหมาะสำหรับงานในสถานพยาบาล รับประกัน ๑ ปี พร้อมบริการหลังการขาย

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ ควบคุมการทำงานด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ แบบครบวงจรพร้อมมาตรวัดแสดงค่าความดันภายในห้องนี้

๑.๒ ห้องนี้เป็นทรงกลมมีขนาดเท่ากับ ๓๐ ซม. (เส้นผ่าศูนย์กลาง เท่ากับ ๑๒ นิ้ว), ๕๐ ซม. (ลึก เท่ากับ ๒๒ นิ้ว)

๑.๓ ลักษณะเครื่องเป็นสี่เหลี่ยมมีขนาดเท่ากับ ๖๐ ซม. (กว้าง) ๔๗ ซม. (สูง) ๗๔ ซม. (ลึก)

๑.๔ มีขนาดบรรจุห้องนี้ ประมาณ ๔๐ ลิตร

๑.๕ ยางขอบประตูเป็นซิลิโคนกันความร้อนสูง

๑.๖ มีอุปกรณ์แสดงระดับน้ำในถังเก็บน้ำสำรอง มีวาล์วเติมน้ำเข้าห้องนี้และสามารถปล่อยความดันกลับด้วย

๑.๗ วัสดุที่ใช้ทำห้องนี้ เป็นสแตนเลสสตีล ไม่เป็นสนิม กล่องตะกร้า ๑ ชุด

๑.๘ สามารถปรับอุณหภูมิและความดันที่ใช้กันได้ตั้งแต่ ๑๒๑ - ๑๓๒ องศาเซลเซียส, ๑.๒ - ๒.๑ กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร

๑.๙ สามารถปรับเวลาที่ใส่ฆ่าเชื้อได้ตั้งแต่ ๑-๖ นาที และมีสัญญาณไฟทั้งเริ่มต้นและจบในตัวเอง

๑.๑๐ สามารถปรับเวลาที่ใช้อบแห้งได้ตั้งแต่เวลา ๑ - ๖๐ นาทีและสามารถปรับอุณหภูมิการอบแห้งได้ ๐ - ๒๐๐ องศา เพื่อให้แห้งมากยิ่งขึ้น

๑.๑๑ สามารถใช้ขั้นตอนการอบแห้งอย่างเดียวได้ โดยตรงเป็นอุปกรณ์ที่ผลิตจากโรงงานผู้ผลิตโดยตรง

๑.๑๒ มีสัญญาณไฟแสดงบอกขั้นตอนการทำงานทุกขั้นตอน ตั้งแต่ ช่วงเริ่มทำงานให้ความร้อน , ช่วงสเตอไรไรด์ , ช่วงทำแห้ง และสัญญาณเสียงเตือนเมื่อเสร็จการทำงาน

๑.๑๓ มีขดลวดความร้อน ๒ ระบบ คือ ขดลวดต้มน้ำอยู่ในห้องนี้ และ ขดลวดอบแห้งอยู่รอบห้องนี้ สามารถทำงานต่อเนื่องได้ เนื่องจากใช้ระบบขดลวดแยก และช่วยยืดอายุการใช้งาน

๑.๑๔ มีสวิทช์ยกเลิกการทำงาน และปรับความดันเหลือศูนย์ เพื่อหยุดการทำงานของเครื่องทันทีเมื่อต้องการ

(ลงชื่อ).....  (นายอวยชัย เดือนฉาย) ประธานกรรมการ
(ลงชื่อ).....  (นางทิวานันท์ ตรีลบ) กรรมการ
(ลงชื่อ).....  (นายสัญญา หามนตรี) กรรมการ

๑.๑๕ มีอุปกรณ์ป้องกันอุณหภูมิภายในห้องนึ่ง ๑๘๐ องศา

๑.๑๖ มีระบบวาล์วป้องกันความดันในห้องนึ่งเกิน และวาล์วพิเศษถ่ายเทไอน้ำเพื่อให้เกิดไอน้ำใหม่ในห้องนึ่งตลอดเวลา

๑.๑๗ มีระบบฟิวส์ป้องกันกระแสไฟฟ้าเกิน ที่สายไฟเข้าทั้ง ๒ เส้น

๑.๑๘ ใช้ไฟฟ้ากระแสสลับ ๒๒๐ โวลต์ ๕๐ เฮิรตซ์ (๒,๑๐๐ วัตต์)

๒. ข้อกำหนดอื่นๆ

๒.๑ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒.๒ มีการรับประกันการใช้งานสินค้าในการใช้งานปกติ เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี

๒.๓ มีเอกสารรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

๓. ราคากลาง ๙๕,๐๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคากลาง ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคากลาง ราคาตามท้องตลาด ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและแรงดันไอน้ำเรียบร้อยแล้ว และขอใช้ราคาตามท้องตลาดที่เสนอต่ำที่สุด ดังกล่าวเป็นราคาสำหรับการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาต่อไป

(ลงชื่อ).....  (นายอวยชัย เตือนฉาย) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ).....  (นางทิจานันท์ ตรีลบ) กรรมการ

(ลงชื่อ).....  (นายสัญญา หามนตรี) กรรมการ

ครุภัณฑ์การแพทย์

๑. ความต้องการ ครุภัณฑ์การแพทย์ มีอุปกรณ์และคุณสมบัติตามข้อกำหนด

๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อใช้ในการบริการผู้ป่วย

๓. เครื่องมือตรวจมะเร็งปากมดลูก

คุณลักษณะทั่วไปเครื่องมือตรวจในสตรี Vaginal Speculum Graves สเปคคูลัม

๑. คุณลักษณะเฉพาะ

๑.๑ Vaginal Speculum Graves ทำจากสแตนเลส ขนาด S (๗๕ * ๒๐ มิลลิเมตร)

๑.๒ Vaginal Speculum Graves ทำจากสแตนเลส ขนาด M (๙๕ * ๓๕ มิลลิเมตร)

๑.๓ Vaginal Speculum Graves ทำจากสแตนเลส ขนาด L (๑๑๕ * ๓๕ มิลลิเมตร)

๒. ข้อกำหนดอื่นๆ

๒.๑ ต้องเป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน

๒.๒ มีการรับประกันการใช้งานสินค้าในการใช้งานปกติ เป็นเวลาอย่างน้อย ๑ ปี

๒.๓ มีเอกสารรับรองคุณภาพและความปลอดภัยในการใช้งานตามมาตรฐานสากล

๓. ราคาากลาง

๓.๑ ขนาด S ราคา ๘๐๐ บาท

๓.๒ ขนาด M ราคา ๘๐๐ บาท

๓.๓ ขนาด L ราคา ๘๐๐ บาท

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะและกำหนดราคาากลาง ได้ดำเนินการกำหนดคุณลักษณะและกำหนดราคาากลาง ราคาตามท้องตลาด ครุภัณฑ์การแพทย์เครื่องมือตรวจมะเร็งปากมดลูก เรียบร้อยแล้ว และขอใช้ราคาตามท้องตลาดที่เสนอต่ำที่สุด ดังกล่าวเป็นราคาสำหรับการจัดซื้อโดยวิธีตกลงราคาต่อไป

(ลงชื่อ)..... (นายอวยชัย เดือนฉาย) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นางทิตานันท์ ตรีลบ) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายสัญญา หามนตรี) กรรมการ

คุณลักษณะและราคากลางวัสดุการแพทย์(ราคาอ้างอิง)

คำนวณ ณ วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๐

ลำดับ	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน
๑	เครื่องอบฆ่าเชื้อด้วยความร้อนและแรงดันไอน้ำ	เครื่อง	๑	๙๕,๐๐๐	๙๕,๐๐๐
๒	เครื่องมือตรวจมะเร็งปากมดลูก Speculum				
	๒.๑ ขนาด S (๗๕*๒๐ มิลลิเมตร)	อัน	๓	๘๐๐	๒,๔๐๐
	๒.๒ ขนาด M (๙๕*๒๐ มิลลิเมตร)	อัน	๒๐	๘๐๐	๑๖,๐๐๐
	๒.๓ ขนาด L (๗๕*๒๐ มิลลิเมตร)	อัน	๔	๘๐๐	๓,๒๐๐
				รวม	๑๑๖,๖๐๐

จำนวนเงินรวม (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นหกพันหกกร้อยบาทถ้วน)

(ลงชื่อ)..... (นายอวยชัย เตือนฉาย) ประธานกรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นางทิชานันท์ ตรีลบ) กรรมการ

(ลงชื่อ)..... (นายสัญญา หามนตรี) กรรมการ