

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีชิ้นงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ครุภัณฑ์การแพทย์ (เตียงผ่าตัดผู้ป่วย) จำนวน ๑ รายการ
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ โรงพยาบาลบางปะอิน สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๐
เป็นเงิน ๗๕๐,๐๐๐ บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นบาทถ้วน)
๔. แหล่งที่มาของราคากลางอ้างอิง
 - บริษัท ยูนิเทค เฮลท์แคร์ จำกัด
 - บริษัท สุพรีม โปรดักส์ จำกัด
 - บริษัท ไฮเทคเมดิคอล จำกัด

รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ทุกคน

๑. นางศิริพร กิจเลิศตระกูล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒. นางอมรรัตน์ สุขสุวรรณ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓. นางสาวฉันทิ วงษ์ทน	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

เตียงผ่าตัดผู้ป่วย

1. ความต้องการ เตียงผ่าตัดใหญ่ทั่วไป ระบบ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ พร้อมอุปกรณ์ประกอบการใช้งานมีคุณสมบัติตามข้อกำหนด
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน ใช้ในการผ่าตัดใหญ่ได้ทุกส่วนของร่างกายและสามารถเพิ่มอุปกรณ์เสริมเพื่อการผ่าตัดเฉพาะทางอื่นๆ ได้อีกด้วย
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1 เป็นเตียงผ่าตัด ทำงานด้วยระบบ Electro Hydraulic ควบคุมด้วย รีโมทคอนโทรลแบบมีสายใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์
 - 3.2 เสาเตียงเป็นรูปทรงกระบอกกลมและฐานเตียงเป็นทรงสี่เหลี่ยมทำด้วยโลหะปลอดสนิมสามารถทำความสะอาดด้วยน้ำและน้ำยาฆ่าเชื้อได้
 - 3.3 ฐานเตียงมี 4 ล้อ แบบหมุนได้รอบทิศทางอิสระทั้ง 4 ล้อ สามารถเคลื่อนย้ายเตียงไปได้ทุกทิศทาง
 - 3.4 พื้นเตียงแบ่งเป็น 4 ส่วน คือ ส่วนศีรษะ, แผ่นหลัง, สะโพก และส่วนรองรับขา พร้อมเบาะรองรับสามารถถอดออกมาทำความสะอาดได้
 - 3.5 พื้นเตียงทำจากวัสดุโปร่งแสง X - Ray (Radiolucent) ทำให้สะดวกต่อการ X- Ray และ C - Arm
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1 ควบคุมการทำงานด้วย รีโมทคอนโทรล โดยใช้ไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ตซ์ หรือใช้ไฟฟ้ากระแสตรงจากแบตเตอรี่ ที่บรรจุอยู่ในฐานเตียง สามารถชาร์จไฟได้
 - 4.2 มีระบบล๊อคการทำงานของ รีโมทคอนโทรล เพื่อป้องกันความพลั้งเผลอไปแตะปุ่ม ควบคุมต่าง ๆ และสามารถปลดล๊อคได้
 - 4.3 มีระบบล๊อคเตียงให้อยู่กับที่ (Four Point Brake System) โดยจะมีแกนเหล็ก 4 อันยื่นลงมาจากพื้นรับน้ำหนักเตียงแทนที่ล้อกล้อ ทำให้เตียงหยุดอยู่กับที่อย่างมั่นคงและสามารถปลดล๊อคได้ด้วย รีโมทคอนโทรล
 - 4.4 มีระบบปลดล๊อค เตียงฉุกเฉิน (EMERGENCY BREAK RELEASE) ติดตั้งอยู่ที่ใต้ฐานเตียงสามารถปลดล๊อคและเคลื่อนย้ายเตียงได้ทันที
 - 4.5 พื้นเตียงสามารถหมุนได้ 180 องศา โดยฐานเตียงหยุดนิ่ง
 - 4.6 ตัวพื้นเตียงยาวไม่น้อยกว่า 2,000 มม. กว้างไม่น้อยกว่า 500 มม. (ไม่รวมราวข้างเตียง)

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศิริพร กิจเลิศตระกูล) (นางอมรรัตน์ สุขสุวรรณ) (นางสายัณห์ วงษ์ทน)

- 4.7 พื้นเตียงสามารถปรับได้สูงสุดไม่น้อยกว่า 1,020 มม. และปรับต่ำสุดได้ไม่น้อยกว่า 670 มม. ไม่รวมเบาะด้วย รีโมทคอนโทรล
- 4.8 สามารถปรับท่า Trendelenburg ได้ไม่น้อยกว่า 28 องศา และท่า Reverse Trendelenburg ได้ไม่น้อยกว่า 28 องศาด้วย รีโมทคอนโทรล
- 4.9 สามารถปรับท่าเอียงซ้าย - ขวา (Lateral Tilt) ได้ข้างละไม่น้อยกว่า 23 องศา ด้วยรีโมทคอนโทรล
- 4.10 สามารถปรับแผ่นรองรับหลัง (Back Plate) ยกขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา ปรับต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า 30 องศา ด้วยรีโมทคอนโทรล
- 4.11 สามารถปรับท่า FLEX และ REFLEX ได้ ด้วยรีโมทคอนโทรล
- 4.12 สามารถปรับส่วนรองรับศีรษะยกขึ้นได้ไม่น้อยกว่า 60 องศา ปรับต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และสามารถถอดออกได้ด้วยระบบ Manual
- 4.13 ส่วนรองรับขา (Leg Plate) สามารถปรับแยกออกจากกันได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และปรับให้ต่ำลงได้ไม่น้อยกว่า 90 องศา และสามารถถอดออกได้ด้วยระบบ Manual
- 4.14 ตัวเตียงมีน้ำหนักไม่น้อยกว่า 255 กิโลกรัม และสามารถรองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า 227 กิโลกรัม

5. อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

- 5.1 ฉากกันวิสัยรูปตัว "แอล" พร้อมอุปกรณ์จับยึดราวข้างเตียง (L-Shape Screen Frame) จำนวน 1 อัน
- 5.2 ขาหยั่งรองรับขาพร้อมอุปกรณ์จับยึดราวข้างเตียง (Knee Crutches) จำนวน 1 คู่
- 5.3 ที่รองรับแขนพร้อมเบาะ (Standard Arm Board) จำนวน 2 อัน
- 5.4 ที่รองรับแขนทำนอนตะแคงพร้อมอุปกรณ์จับยึดกับราวข้างเตียง (Arm Rest) จำนวน 1 อัน
- 5.5 ที่ดันลำตัวหรือหัวไหล่พร้อมอุปกรณ์จับยึดกับราวข้างเตียง (Body/Shoulder Support) จำนวน 3 อัน
- 5.6 สายรัดลำตัวหรือรัดขา (Body Strap (Leg Strap) จำนวน 1 อัน
- 5.7 รถเข็นจัดเก็บอุปกรณ์เตียง (Accessory Cart) ผลิตจากโรงงานผู้ผลิต จำนวน 1 คัน

6. เงื่อนไขเฉพาะ

- 6.1 มีคู่มือประกอบการใช้งานและบำรุงรักษาเป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ อย่างน้อย 2 ชุด
- 6.2 รับประกันคุณภาพเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 2 ปี
- 6.3 ต้องได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตให้เป็นผู้แทนจำหน่ายแต่ผู้เดียวในประเทศไทย

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศิริพร กิจเลิศตระกูล) (นางอมรรัตน์ สุขสุวรรณ) (นางสายัณห์ วงษ์ทนต์)

- 6.4 ได้รับการรับรองมาตรฐานความปลอดภัยตามมาตรฐานสากล ISO 13485
- 6.5 มีบริการหลังการขาย มีช่างผู้ชำนาญมาตรวจเช็คทุกๆ 6 เดือน ในระยะเวลา 2 ปี
โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
- 6.6 เมื่อมีการชำรุดของเตียง ในกรณีมีอะไหล่อยู่แล้ว ต้องซ่อมเสร็จพร้อมใช้งานได้ภายใน 15 วัน
ในกรณีต้องสั่งอะไหล่จากต่างประเทศ ต้องซ่อมเสร็จภายใน 45 วัน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ ลงชื่อ.....กรรมการ
(นางศิริพร กิจเลิศตระกูล) (นางอมรรัตน์ สุขสุวรรณ) (นางสายัณห์ วงษ์ทนต์)