

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง

การจัดซื้อจัดจ้างซึ่งมีใช้งานก่อสร้าง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)

๑. ชื่อโครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์

/หน่วยงานเจ้าของโครงการ สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์

๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑๐๐,๓๐๐ บาท

๓. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐

เป็นเงิน ๑๐๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามร้อยบาทถ้วน) รายละเอียดดังนี้

๑.ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พร้อมรถเข็น จำนวน ๑ ชุด ราคาชุดละ ๕,๓๐๐ บาท

๒.เครื่องเจาะไขมันในเส้นเลือด จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๒,๐๐๐ บาท

๓.เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๕,๐๐๐ บาท

๔.เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้พร้อมที่นอนแบบมื่อหมุน ๓ ไกร์ จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๒๖,๐๐๐ บาท

๕.รถเข็นอุปกรณ์เวชภัณฑ์สแตนเลสแบบ ๒ ชั้น จำนวน ๑ คัน ราคาคันละ ๑๓,๕๐๐ บาท

๖.เครื่องซ่งน้ำหนักรวมที่วัดส่วนสูง จำนวน ๑ เครื่อง ราคาเครื่องละ ๑๕,๐๐๐ บาท

๗.ตู้ข้างเตียงผู้ป่วย จำนวน ๑ หลัง ราคาหลังละ ๖๕,๐๐๐ บาท

๘.เตียงทำแผลผู้ป่วยพร้อมม้าข้างเตียง จำนวน ๑ ตัว ราคาตัวละ ๖,๕๐๐ บาท

๙.รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งแบบพับได้ จำนวน ๑ คัน ราคาคันละ ๓,๕๐๐ บาท

๑๐. หูฟัง จำนวน ๒ ชุด ชุดละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๗,๐๐๐ บาท

๔. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๔.๑ ตามราคาท้องตลาด

๔.๒ คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะ ตามหนังสือ อย ๑๒๓๒.๐๗/๕๔

ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๐

๕. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑.นายวิโรจน์ ยิ่งยวด

๒.นางวิมลรัตน์ กลัดคร้าม

๓.นายธวัชชัย เรืองทอง

รายงานผลการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ

วันที่ ๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ผู้มีนามข้างท้ายนี้ ได้พิจารณาคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์ การแพทย์จำนวน ๑๐ รายการ เป็นเงิน ๑๐๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามร้อยบาทถ้วน) เพื่อเพิ่มศักยภาพในการให้บริการผู้รับบริการนั้น

คณะกรรมการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ ได้พิจารณาตามมาตรฐานและหลักวิชาการ เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยกำหนดคุณลักษณะเฉพาะในการจัดซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ตามมาตรฐานและหลักวิชาการ เห็นควร กำหนดราคาไม่เกิน วงเงิน ๑๐๐,๓๐๐ บาท (หนึ่งแสนสามร้อยบาทถ้วน) สามารถดำเนินการตามการประมาณการได้ ตามรายละเอียดแนบท้าย

(ลงชื่อ)

วิโรจน์ ยิ่งยวด

ประธานกรรมการ

(นายวิโรจน์ ยิ่งยวด)

(ลงชื่อ)

นางวิมลรัตน์ กลัดคร้าม

กรรมการ

(ลงชื่อ)

(นายธวัชชัย เรืองทอง)

กรรมการ

สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์

คุณลักษณะเฉพาะ

ถังออกซิเจนพร้อมอุปกรณ์พร้อมรถเข็น

เป็นถังออกซิเจนใช้สื้เขียวตามมาตรฐานวางถังในแนวตั้งอยู่บนรถเข็น

คุณสมบัติทางเทคนิค

ถังออกซิเจนมีขนาดไม่น้อยกว่า 2 คิว

มีชุดลดแรงดันพร้อมเกจวัดแรงดันออกซิเจน

มีชุดโพลีเมเตอร์

มีขวดน้ำสำหรับให้ความชื้น

มีรถเข็นถังออกซิเจนทำด้วยเหล็กไร้สนิมมีล้อคล้องกันล๊ม

อุปกรณ์ประกอบการใช้งาน

สายสำหรับให้ออกซิเจนสำหรับเด็กและผู้ใหญ่ อย่างละ 1 ชุด

เงื่อนไขเฉพาะ

เป็นของใหม่ไม่เคยใช้งานหรือสาธิตมาก่อน

ผู้ขายต้องรับประกันคุณภาพไม่น้อยกว่า 1 ปี

ราคากลาง 5,300 บาท

วิจิตร วิจิตร

(นายวิโรจน์ ยิ่งยวด)

วิจิตร

(นางวิมลรัตน์ กลัดคร้าม)

วิจิตร

วิจิตร

(นายรัชชัย เรืองทอง)

สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องเจาะไขมันในเส้นเลือด

1. คุณสมบัติทั่วไป เครื่องเจาะตรวจไขมัน
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน วัดระดับน้ำตาล , คอลเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์ และ แลคเตทใช้เลือดจากปลายนิ้ว โดยใช้ระบบ Reflectance Photometry
3. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 3.1 การวัด
 - ช่วงของการวัดน้ำตาล 20-600 มก/ดล (1.1-33.3 มิลลิโมล/ลิตร)
 - คอลเลสเตอรอล 150-300 มก/ดล (3.88-7.76 มิลลิโมล/ลิตร)
 - ไตรกลีเซอไรด์ 70-600 มก/ดล (0.08-6.86 มิลลิโมล/ลิตร)
 - แลคเตท 0.8-22.3 มิลลิโมล/ลิตร (เลือดครบส่วน whole blood) 0.7-26 มิลลิโมล/ลิตร (น้ำเลือด, plasma)
 - 3.2 เวลาที่ใช้
 - น้ำตาล 12 วินาที
 - คอลเลสเตอรอล 180 วินาที
 - ไตรกลีเซอไรด์ มากที่สุด 174 วินาที (ขึ้นกับปริมาณของไตรกลีเซอไรด์ ถ้าน้อยจะใช้เวลาน้อยกว่านี้)
 - แลคเตท 60 วินาที
 - 3.3 ความจำบันทึกผลการทดสอบ น้ำตาล , คอลเลสเตอรอล, ไตรกลีเซอไรด์ และ แลคเตท อย่างละ 100 ค่า พร้อมเวลา - วันที่
 - 3.4 แหล่งพลังงาน 4x1.5v. แบตเตอรี่, AAA
 - 3.5 อายุแบตเตอรี่ (อย่างน้อย 1,000 ครั้ง)
 - 3.6 การเก็บรักษา อุณหภูมิ -25 ถึง +70 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ 10-85%

ราคากลาง 12,000 บาท

วิโรจน์ ยิ่งยวด

(นายวิโรจน์ ยิ่งยวด)

วิมลรัตน์ กลัดคร้าม

(นางวิมลรัตน์ กลัดคร้าม)

รัชชัย เรืองทอง

(นายรัชชัย เรืองทอง)

สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ

1. คุณสมบัติทั่วไป เครื่องวัดความดันโลหิตแบบตั้งโต๊ะ
2. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน สำหรับใช้วัดความดันโลหิต สามารถใช้ได้ทั้งในโรงพยาบาลและที่บ้าน
3. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - 3.1 เป็นเครื่องวัดความดันโลหิตชนิดปรอท
 - 3.2 ปรอทบรรจุอยู่ในกระเปาะสีดำ ที่ยึดติดกับส่วนฝาของตัวเครื่อง
 - 3.3 ปรอทจะไหลไปรวมกันในกระเปาะปรอทขนาดใหญ่โดยอัตโนมัติเมื่อปิดฝาเครื่อง
 - 3.4 ปรอทมีคุณสมบัติไม่เกาะติดแท่งปรอทขณะใช้งาน
 - 3.5 แท่งปรอททำจากพลาสติกใสพิเศษชนิดแตกยาก และมีขีดบอกระยะทุกๆ 2 มิลลิเมตรปรอท
 - 3.6 แท่งปรอทมีขนาด ๘ ภายใน 5.0 มิลลิเมตร
๘ ภายนอก 10.0 มิลลิเมตร
ความยาว 310.0 มิลลิเมตร
 - 3.7 สามารถวัดความดันโลหิตได้ตั้งแต่ 0-300 mmHg โดยแผ่นสเกล 2 ด้านเป็นสีดำ ตัวเลขคมชัดสีขาว
- สะดวกในการอ่านค่า
 - 3.8 มีที่ล็อกลูกสูบลมยางอยู่ในตัวเครื่อง เพื่อความสะดวกเวลาเก็บลูกสูบยาง
 - 3.9 ตัวเครื่องทำจากโลหะเคลือบสีอย่างดี สวยงาม ทนทาน
4. อุปกรณ์ประกอบ
 - 4.1 ฝาพื้นแขนสำหรับผู้ใหญ่ จำนวน 1 ฝืน
 - 4.2 ลูกสูบลมยางพร้อมวาล์ว จำนวน 1 ลูก
 - 4.3 ท่อลม จำนวน 1 เส้น
5. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 5.1 รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับตั้งแต่วันส่งของครบ
 - 5.2 คู่มือการใช้งาน 1 ชุด

ราคากลาง 5,000 บาท

วิโรจน์ ยิงยวด

(นายวิโรจน์ ยิงยวด)

วิมลรัตน์ กลัดคร้าม

(นางวิมลรัตน์ กลัดคร้าม)

รัชชัย เรืองทอง

(นายรัชชัย เรืองทอง)


สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์
คุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้พร้อมที่นอนแบบมือหมุน 3 ไกร์

เตียงผู้ป่วยชนิดปรับระดับได้พร้อมที่นอนแบบมือหมุน 3 ไกร์


คุณลักษณะ

- 1.ฟังก์ชันการทำงานของเตียงปรับได้ 3 แบบ
- 2.ปรับท่าต่างๆด้วยระบบ Manual (ปรับสูง-ต่ำ,ปรับส่วนหัว -งอขา)
- 3.หัว-ท้ายเตียงทำด้วยวัสดุABSและPE สามารถถอดเก็บได้
- 4.พื้นเตียงเป็นแผ่นเหล็กเรียบเป็นช่องเว้า พ่นสีขาว
- 5.ราวกันเตียงทำจากอลูมิเนียม
- 6.โครงสร้างเตียงทำจากเหล็กกล่อง พ่นสีขาว
- 7.ล้อขนาด 5 นิ้ว ล้อคล้อ 4 จุด ไม่ให้เตียงเคลื่อนที่
8. มีที่เสียบเสาน้ำเกลือ 4 มุม หัว-ท้ายเตียง ได้เตียงมีตะขอสำหรับเกี่ยวถุงปัสสาวะ
- 9.มือหมุนเตียงเก็บพับได้ทำด้วยวัสดุABS
- 10.ที่นอนเป็นฟองน้ำเสริมใยมะพร้าวหุ้มผ้าไนลอนกันน้ำ ถอดทำความสะอาดได้
- 11.มีเสาน้ำเกลือ
- 12.มีที่วางของใต้เตียง

ราคากลาง 26,000 บาท


(นายวิโรจน์ ยิ่งยวด)


(นางวิมลรัตน์ กลัดคร้าม)


(นายวัชชัย เรืองทอง)

สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์
คุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นอุปกรณ์เวชภัณฑ์สแตนเลส แบบ 2 ชั้น

รถเข็นอุปกรณ์เวชภัณฑ์สแตนเลส แบบ 2 ชั้น

คุณลักษณะ

- 1.ตัวรถทำด้วยสแตนเลส
- 2.โครงรถใช้ท่อกลม ขนาด 2.5 ซม.
- 3.ใส่ลูกล้อ ขนาด ไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว
- 4.แต่ละชั้นมีขอบทั้ง 4 ด้าน สูง 4 ซม.
- 5.ขนาดตัวรถ มีขนาด W50xL95xH85 cm.
6. มีที่จับสำหรับเข็นเคลื่อนที่

ราคากลาง 13,500 บาท

วิโรจน์ ยิ่งยวด

(นายวิโรจน์ ยิ่งยวด)

วิมลรัตน์ กลัดคร้าม

(นางวิมลรัตน์ กลัดคร้าม)

ธีรชัย เรืองทอง


(นายธีรชัย เรืองทอง)

สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์
คุณลักษณะเฉพาะ
เครื่องชั่งน้ำหนักพร้อมที่วัดส่วนสูง


คุณลักษณะ

1. พิกัดน้ำหนัก 250 kg.
2. ค่าละเอียด 0.1 kg.
3. หน้าจอ ตัวเลข LED สีดำ สูง 25.0mm (พร้อม Backlight สีขาว)
4. อุปกรณ์วัดส่วนสูง : 90-200cm.(ความละเอียด 0.1 cm.)
5. โปรแกรม: ZERO (เคลียร์ค่าหน้าจอเป็นศูนย์), TARE (ชั่งน้ำหนักแม่และเด็ก), HOLD (ล็อคค่าน้ำหนัก), BMI (แสดงค่าดัชนีมวลกายพร้อมแถบกราฟ)
6. ปิดเครื่องอัตโนมัติ เพื่อประหยัดพลังงาน (Auto-off)
7. พื้นที่ชั่งขนาด : 355x360 mm.
8. มีล้ออยู่ด้านหลัง เคลื่อนย้ายสะดวก
9. ขาตั้ง 4 ขา สามารถปรับระดับได้
10. พลังงาน : AC Adapter 12V./500mA หรือ 2000mAh Ni-MH Batteries พร้อมแบตเตอรี่แบบชาร์จ Size "AA" 6 ก้อน
11. รับประกันคุณภาพ 2 ปี

ราคากลาง 15,000 บาท


(นายวิโรจน์ ยิ่งยวด)


(นางวิมลรัตน์ กลัดคร้าม)


(นายวัชชัย เรืองทอง)


สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์
คุณลักษณะเฉพาะ
ตู้ข้างเตียงผู้ป่วย


ตู้ข้างเตียงผู้ป่วยสแตนเลส


คุณลักษณะ

- 1.ขนาด W36xL43.5xH75cm.
- 2.ทำด้วยสแตนเลส มี 1 ลิ้นชัก และประตู 1 บาน
- 3.ด้านบน เป็นขอบหยาย 3 ด้าน
- 4.ใส่ล้อกล้อ ขนาด 2 นิ้ว

ราคากลาง 6,500 บาท


(นายวิโรจน์ ยิ่งยวด)


(นางวิมลรัตน์ กลัดคร้าม)


(นายธวัชชัย เรืองทอง)

สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์
คุณลักษณะเฉพาะ
เตียงทำแผลผู้ป่วยพร้อมม้าข้างเตียง

เตียงทำแผลผู้ป่วยพร้อมม้าข้างเตียง (เหล็กพ่นสี)

คุณลักษณะ

- 1.ขนาด W60xL180xH80cm.
- 2.ด้านหัวเตียงปรับระดับได้
- 3.โครงเตียง ท่อกลม ขนาด 3.8 ซม. (เหล็กพ่นสีกันสนิม)
- 4.ที่นอนหุ้มด้วยผ้าหนังเทียมหนา 7.5 ซม.
5. พร้อมม้าขึ้นเตียง และหมอน 1 ใบ

ราคากลาง 6,500 บาท

วิโรจน์ อังชาด

(นายวิโรจน์ อังชาด)

วิมลรัตน์

(นางวิมลรัตน์ กลัดคร้าม)

รัชชัย

(นายรัชชัย เรืองทอง)

สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์
รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่งแบบพับได้

รถเข็นผู้ป่วยแบบนั่ง มีพนักพิง พับได้

คุณลักษณะ

1. โครงสร้างทำจากเหล็กชุบโครเมียม
2. ล้อยางตัน ล้อหน้า 20.0 cm. ล้อหลัง 59.0 cm.
3. มีวงแหวน และเบรกที่ล้อหลัง 2 ข้าง
4. เบาะนั่ง ขนาด 50x40x40 cm. (หนัง PVC สีน้ำเงิน)
5. ที่พักเท้า และตัวรถสามารถ พับได้
6. รับน้ำหนักได้ถึง 100 กก. น้ำหนักตัวรถเข็น 19 กก.

ราคากลาง 3,500 บาท

อธิบดี อภิบาล

(นายวิโรจน์ ยิ่งยวด)

A V

(นางวิมลรัตน์ กลัดคร้าม)

(นายรัชชัย เรืองทอง)

สถานีอนามัยตำบลบ้านโพธิ์

คุณลักษณะเฉพาะ

หูฟัง

คุณลักษณะ

ลักษณะทั่วไป หูฟังเพื่อใช้ตรวจคนไข้ในการฟังเสียง (auscultation) คุณภาพสูง เพื่อประเมิน
สภาวะ การทำงานของหัวใจ และ ปอด

ลักษณะเฉพาะ

- 1 หูฟังที่สามารถฟังเสียงได้ 2 ด้าน โดยวิธีหมุนหัวฟังไปมาเพื่อฟังเสียงทั้งความถี่ต่ำด้าน bell และความถี่สูงด้าน tunable diaphragm
- 2 สามารถฟังเสียงได้อย่างต่อเนื่องทั้งความถี่ต่ำและสูงโดยใช้ด้าน tunable diaphragm โดยการปรับแรงกดเท่านั้น วางเบา ๆ เพื่อฟังเสียงความถี่ต่ำ และกดแรงเพื่ฟังเสียงความถี่สูง
- 3 หัวฟังทำจาก สแตนเลส สตีล (sainless steel)
 - ด้าน Bell เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.25 นิ้ว
 - ด้าน Diaphragm เส้นผ่านศูนย์กลาง 1.75 นิ้ว
 - น้ำหนักหัวฟัง 65 กรัม
- 4 ความยาวของหูฟัง 28 นิ้ว
- 5 น้ำหนักรวมของหูฟัง 125 กรัม
- 6 ก้านหูฟังทำจากวัสดุที่แข็งแรงทนทานและมีน้ำหนักเบา
- 7 สายหูฟังทำจากพลาสติกชนิดโพลีไวนิลคลอไรด์ที่ทนทาน และเป็นแบบ single lumen
- 8 ยางรองหู (eartips) เป็นยางรองหูชนิดนิ่ม ชนิดกดให้เข้าที่เพื่อให้แนบสนิทได้ดีกับช่องหู เพื่อให้การฟังเสียงที่ดีเยี่ยม
- 9 มียางรองหูสำรอง 1 คู่ ภายในกล่อง
- 10 ไม่มีส่วนประกอบของยางธรรมชาติ (latex free)
- 11 รับประกันคุณภาพการได้ยินเสียงในภาวะการใช้งานปกติ 1 ปี
- 12 มีให้เลือกหลายสี ดำ - เทา - น้ำเงินเข้ม - เขียว - ม่วง - ชมพู - ฟ้าน้ำทะเล - แดงเลือดหมู

ราคากลาง 3,500 บาท

วิโรจน์ ยิ่งยวด

(นายวิโรจน์ ยิ่งยวด)

วิมลรัตน์ กลัดคร้าม

(นางวิมลรัตน์ กลัดคร้าม)

ธวัชชัย เรืองทอง

(นายธวัชชัย เรืองทอง)