

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๗ รายการ

๑. เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๘๐ เครื่อง
๒. เครื่องพ่นยา จำนวน ๘๐ เครื่อง
๓. รถเข็นนั่งถ่าย จำนวน ๘๐ คัน
๔. เก้าอ้นนั่งถ่าย ๘๐ ตัว
๕. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๘๐ คัน
๖. เตียงนอนปรับระดับ ๒ ไกร จำนวน ๘๐ เตียง
๗. ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ จำนวน ๘๐ เตียง

๒. หน่วยงานของเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑. เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๘๐ เครื่อง ๆ ละ ๑๑,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องพ่นยา จำนวน ๘๐ เครื่อง ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. รถเข็นนั่งถ่าย จำนวน ๘๐ คัน ๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท
๔. เก้าอ้นนั่งถ่าย ๘๐ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
๕. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๘๐ คัน ๆ ละ ๖,๖๐๐ เป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐ บาท
๖. เตียงนอนปรับระดับ ๒ ไกร จำนวน ๘๐ เตียง ๆ ละ ๑๘,๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๗. ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ จำนวน ๘๐ เตียง ๆ ละ ๑๕,๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท

รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๕,๒๐๘,๐๐๐ (ห้าล้านสองแสนแปดพันบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

๑. เครื่องดูดเสมหะ จำนวน ๘๐ เครื่อง เป็นเงิน ๘๘๐,๐๐๐ บาท
๒. เครื่องพ่นยา จำนวน ๘๐ เครื่อง เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท
๓. รถเข็นนั่งถ่าย จำนวน ๘๐ คันเป็นเงิน ๓๖๐,๐๐๐ บาท
๔. เก้าอ้นนั่งถ่าย ๘๐ ตัว เป็นเงิน ๒๘๐,๐๐๐ บาท
๕. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๘๐ คันเป็นเงิน ๕๒๘,๐๐๐ บาท
๖. เตียงนอนปรับระดับ ๒ ไกร จำนวน ๘๐ เตียง เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๗. ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ จำนวน ๘๐ เตียง เป็นเงิน ๑,๒๖๐,๐๐๐ บาท

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. เครื่องดูดเสมหะ ใช้เกณฑ์ราคาจากบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงานงบประมาณ มีนาคม ๒๕๖๐

๒. เครื่องพ่นยา สืบราคา จาก ๓ บริษัท ดังนี้

- บริษัท ที.เค-วัน เมดิคอล
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนิทดีชีพพลาย
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอไอ เมดิคอลแอนด์ชีพพลาย

๓. รถเข็นนั่งถ่าย สืบราคา จาก ๓ บริษัท ดังนี้

- บริษัท อินโฟ เมดิคอล จำกัด
- บริษัท ตากเพชรสากล จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ดี.เครื่องมือแพทย์

๔.เก้าอี้หนังถ่าย สีบราคา จาก ๓ บริษัท ดังนี้

- บริษัท แกรนด์ เมติคอล แคร่ จำกัด
- บริษัท ทิพย์รัตน์ ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท เวลส์เนส เมติคอล แคร่ จำกัด

๕. รถเข็นชนิดนั่ง สีบราคา จาก ๓ บริษัท ดังนี้

- บริษัท แกรนด์ เมติคอล แคร่ จำกัด
- บริษัท ทิพย์รัตน์ ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท เวลส์เนส เมติคอล แคร่ จำกัด

๖. เตียงนอนปรับระดับ ๒ โถง สีบราคา จาก ๓ บริษัท ดังนี้

- บริษัท ดுவอนไทย จำกัด
- บริษัท อินโฟ เมติคอล จำกัด
- บริษัท กรุงเทพมหานครเวชภัณฑ์ จำกัด

๗. ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ สีบราคา จาก ๓ บริษัท ดังนี้

- บริษัท ดுவอนไทย จำกัด
- บริษัท ฮอรัส เมติคอล ซัพพลาย จำกัด
- บริษัท โนเบล เมด จำกัด

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ เครื่องดูดเสมหะและเครื่องพ่นยา

๑.นางวันเพ็ญ เรืองเกษม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒.นายสุรัตน์ สุขสว่าง	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓.นายอภิวัฒน์ ลือศิริ	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

๖.๒ รถเข็นนั่งถ่าย,เก้าอี้หนังถ่ายและรถเข็นชนิดนั่ง

๑.นางกัญญรัตน์ ธาระพุด	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	ประธานกรรมการ
๒.นางสาวภา บ้านศาลเจ้า	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓.นางสาวอมรรรัตน์ อุดร	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

๖.๓ เตียงนอนปรับระดับ ๒ โถง และ ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ

๑.นางสาวระวีวรรณ พันธุ์เยี่ยม	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	ประธานกรรมการ
๒.นางภาวนา ชุติมลกุล	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ
๓.นางบุญจง คล่องแคล่ว	พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ

คุณลักษณะ
เครื่องดูดเสมหะ

1. ความต้องการ เครื่องดูดเสมหะพร้อมอุปกรณ์
2. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้ดูดเสมหะ
3. คุณสมบัติทั่วไป
 - 3.1. เป็นเครื่องดูดเสมหะชนิดหัวได้สะดวก (Portable) โดยมีหัวที่อยู่ด้านบนของตัวเครื่อง
 - 3.2. ขณะเครื่องทำงานเสียงไม่ดังมากจนเกิดความรำคาญ
 - 3.3. ใช้กับแรงดันไฟฟ้ากระแสสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิร์ตซ์
 - 3.4. มีมาตรฐาน ISO 9001 หรือเทียบเท่า
 - 3.5. ตัวเครื่องน้ำหนักไม่เกิน 9 กิโลกรัม
 - 3.6. ขนาดมอเตอร์ไม่น้อยกว่า 50 วัตต์
4. คุณสมบัติทางเทคนิค
 - 4.1. Compressor เป็นชนิด Diaphragm ซึ่งในช่วงอายุการใช้งานไม่ต้องมี การบำรุงรักษา (Maintenance - free)
 - 4.2. ปรับแรงดูดได้ตั้งแต่ 0-0.8 บาร์ หรือน้อยกว่า 0-560 มิลลิเมตรปรอท
 - 4.3. มีหัว Vacuum gauge 1 หัว อ่านค่าแรงดูดได้ถึง 760 มิลลิเมตรปรอท
 - 4.4. ขวดบรรจุเสมหะ (Secretion Flask)เป็นขวดใส สามารถนึ่งฆ่าเชื้อได้
 - 4.5. มีระบบป้องกันเสมหะในขวดล้นเข้าเครื่องชนิดลากลอย
 - 4.6. มีที่เก็บสายไฟอยู่ที่ตัวเครื่อง
5. อุปกรณ์
 - 5.1. ขวดรองรับของเสีย ขนาด 1,300 CC
 - 5.2. สายซิลิโคน 1 เส้น
6. เงื่อนไขเฉพาะ
 - 6.1. รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบของครบ
 - 6.2. มีใบแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายมาแสดง

นางวันเพ็ญ เรืองเกษม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

นายสุรัตน์ สุขสว่าง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

นายอนันต์ ลือศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

คุณลักษณะ
เครื่องพ่นยา

1. คุณลักษณะทั่วไป


เครื่องพ่นละอองยาสำหรับรักษาผู้ป่วยโรกระบบทางเดินหายใจ
เครื่องพ่นละอองยา ทำด้วยวัสดุอย่างดี แข็งแรง ทนทาน
มีรูปทรงสี่เหลี่ยม แนวตั้ง มีขนาด ไม่เกิน (สูง) 15 ซม. X (ยาว) 30 ซม. X (กว้าง) 20 ซม.
มีน้ำหนักไม่เกิน 3 กิโลกรัม
ใช้กับไฟฟ้า 220 โวลท์ 50 เฮิร์ต
มีมาตรฐาน Dir.93/45/EEC , CE0051

2. คุณลักษณะเฉพาะ

- 2.1. เครื่องพ่นยาทำงานด้วยระบบลูกสูบ (Piston Compressor)
- 2.2. พ่นละอองยา ขนาดอนุภาคระหว่าง 0.5-8 ไมครอน
 - 77% ขนาดเล็กกว่า 5 ไมครอน
 - 98 % ขนาดเล็กกว่า 8 ไมครอน
- 2.3. อัตราการให้ละอองยา (Nebulization Rate) 0.42 มิลลิลิตรต่อนาที
- 2.4. เครื่องให้อัตราการไหลของอากาศ 10 ลิตร / นาที
- 2.5. ตัวเครื่องขณะทำงานมีระดับความดังของเสียงไม่เกิน 56 เดซิเบล (เอ)
- 2.6. ตัวเครื่องมีที่กรองฝุ่น (Filter) สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย
- 2.7. มีอุปกรณ์ Drug Saving Device ประหยัดละอองยาล้นทิ้ง ขณะหายใจออก
- 2.8. ชุดละอองยา สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยวิธีต้ม 5-10 นาที หรือ นึ่งไอน้ำที่ 121 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 25 นาที
- 2.9. ชุดพ่นละอองยา มีฝาเปิดปิดวาล์วด้านบน เพื่อเลือกเป็น Standard mode เมื่อปิดฝา และ Rapid mode เมื่อเปิดฝา

3. เงื่อนไขเฉพาะ

- 3.1. รับประกันคุณภาพ 1 ปี นับถัดจากวันที่ส่งมอบของครบ
- 3.2. มีใบแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศแสดง
- 3.3. ส่งมอบพร้อมชุดพ่นยาเด็กจำนวน 3 ชุด และชุดพ่นยาผู้ใหญ่จำนวน 3 ชุด



นางวันเพ็ญ เรืองเกษม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



นายสุรรัตน์ สุขสว่าง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



นายอภิรักษ์ ลือศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถเข็นนั่งถ่าย

- ๑. ความต้องการ รถเข็นสำหรับนั่งถ่าย
- ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับนั่งถ่าย
- ๓. คุณสมบัติทั่วไป เป็นรถเข็นนั่งถ่ายสแตนเลส ชนิด ๔ ล้อ
- ๔. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - ๔.๑ ตัวรถทำด้วยสแตนเลสทั้งคัน
 - ๔.๒ ที่รองนั่ง , พนักพิงหลัง และที่วางแขน ทำด้วยสแตนเลสแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม.
 - ๔.๓ ที่รองนั่งเจาะรูสำหรับนั่งถ่าย , ด้านล่างมีตะแกรงสำหรับรองหมอนอน
 - ๔.๔ มีเบาะพองน้ำหุ้มหนังเทียมหนา ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สำหรับปิดที่รองนั่ง
 - ๔.๕ มีที่วางรองเท้าทำด้วยอลูมิเนียมพับได้
 - ๔.๖ มีที่จับเข็นอยู่ด้านหลัง
 - ๔.๗ มี ๔ ล้อ ใช้ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว มีเบรก ๒ ล้อ
- ๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 - ๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี จากวันรับมอบของครบ

ลงชื่อ
 (นางกัญญรัตน์ ธาระพุดม)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ
 นางสาวภา บ้านศาลเจ้า
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ
 นางสาวอมรรัตน์ อุดร
 นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เก้าอี้นั่งถ่าย

๑. ความต้องการ เก้าอี้สำหรับนั่งถ่าย ชนิดสแตนเลส
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับนั่งถ่าย
๓. คุณสมบัติทั่วไป เป็นเก้าอี้นั่งถ่ายชนิดสแตนเลสป้องกันสนิมมีพนักพิงหลัง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และพับเก็บได้
๔. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - ๔.๑ โครงสร้างทำจากสแตนเลสป้องกันสนิม
 - ๔.๒ ที่รองนั่งทำจากพีวีซี
 - ๔.๓ ที่นั่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.
 - ๔.๔ ปรับระดับสูง – ต่ำ ได้อย่างน้อย ๕ ระดับ
 - ๔.๕ มีลูกยาง ทั้ง ๔ ขา ป้องกันการลื่น
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 - ๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี จากวันรับมอบของครบ

ลงชื่อ
 (นางกัญญรัตน์ ธาระพุดม)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ
 นางสาวภา บ้านศาลเจ้า
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ
 นางสาวอมรรัตน์ อูตร
 นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ
รถเข็นชนิดนั่ง

- ๑ ความต้องการ รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
- ๒. วัตถุประสงค์ในการใช้งาน เพื่อให้คนพิการใช้สำหรับเคลื่อนที่ไปมา
- ๓. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๓.๑ โครงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว
 - ๓.๒ พนักพิง เบาะนั่ง ที่วางแขนและที่กั้นเท้าตกทำจากหนังเทียมหรือผ้าใบสังเคราะห์เคลือบด้วยพีวีซี
 - ๓.๓ เบาะนั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘x๑๘ นิ้ว
 - ๓.๔ ความสูงจากพื้นถึงเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
 - ๓.๕ ที่วางเท้าแบบพับได้ ทำด้วยอลูมิเนียม
 - ๓.๖ มีแผ่นโลหะที่บิด้านข้างของเบาะนั่งเพื่อกันขยเสือของผู้ใช้ยื่นเข้าวงล้อและป้องกันสิ่งของตกจากรถ
 - ๓.๗ ล้อหน้า ๒ ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ดัดยางตัน สามารถหมุนได้รอบตัว
 - ๓.๘ ล้อหลัง ๒ ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว ดัดยางตัน พร้อมวงปั่น
 - ๓.๙ ห้ามล้อ (wheel lock) เป็นแบบดันไปข้างหน้าเพื่อห้ามล้อ
 - ๓.๑๐ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม
- ๔. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๔.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยผ่านการใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 - ๔.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี นับแต่วันรับมอบของครบ

ลงชื่อ (นางกัญญรัตน์ ธาราพัฒ)	ลงชื่อ (นางสาวภา บ้านศาลเจ้า)	ลงชื่อ (นางสาวอมรรรัตน์ อุดร)
ประธานกรรมการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ	กรรมการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ	กรรมการ นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงนอนปรับระดับ ๒ โถง

- ๑. ความต้องการ เป็นเตียงผู้ป่วยเฟรมล้อ ๒ โถง
- ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับผู้ป่วยที่มารับบริการ
- ๓. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๓.๑ เตียงเฟรมล้อ มี ๒ โถง ติดตั้งด้านท้ายเตียง ด้ามจับไขแน่นหนา เป็นชนิดพับเก็บได้ สำหรับยกพื้นส่วนหลัง (หัวเตียง) ให้สูงขึ้น และหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้
 - ๓.๒ คานเตียง ทำด้วยท่อเหล็กเหลี่ยม ขนาด ๑ ๑/๒" x ๓" หนา ๑.๕ มม.
 - ๓.๓ พนักเตียงเป็นแบบทึบ บูโฟเมก้าสีขาว ๒ ด้าน ขอบทำด้วยคิ้วสแตนเลส
 - ๓.๔ พื้นเตียง ทำด้วยเหล็กฉาก ขนาด ๑ ๑/๔" x ๑ ๑/๔" หนา ๑.๒ มม. บุทับด้วยแผ่นเหล็กเจาะรู พ่นสีกันสนิม
 - ๓.๕ ขาเตียง ทำด้วยท่อเหล็กกลม ขนาด ๒ ๑/๔" x ๑.๒ มม. และขนาด ๑" x ๑.๒ มม.
 - ๓.๗ ตัวเตียงพ่นสีกันสนิมอย่างดี
 - ๓.๘ ใส่ล้อขนาด ๔" จำนวน ๔ ล้อ มีห้ามล้อ ๒ ล้อ
- ๔. อุปกรณ์ประกอบ (ต่อ ๑ เตียง)
 - ๔.๑ ราวกันเตียง ทำด้วยท่อสแตนเลส ขนาด ๑" และขนาด ๑/๒" จำนวน ๑ คู่ ขนาด ๔๘.๕ x ๑๘๐ ซม.
 - ๔.๒ ที่นอนฟองน้ำอัดหุ้มด้วยผ้าหนังเทียมสีเขียว หนา ๓" จำนวน ๑ ที่
- ๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 - ๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี จากวันรับมอบของครบ

ลงชื่อ
 (นางสาวระวีวรรณ พันธุ์เอี่ยม)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ
 (นางภาวนา ชูดีพิมพ์กุล)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ
 (นางบุญจง คล่องแคล่ว)
 พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ

๑. ความต้องการ ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน ใช้สำหรับผู้ป่วยที่นอนติดเตียง เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
๓. คุณสมบัติทั่วไป เป็นที่นอนสำหรับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
๔. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - ๔.๑ เป็นแบบสองชั้น ซึ่งประกอบด้วย ยูรีเทนโฟมแบบคืนตัวเร็ว และยูรีเทนแบบคืนตัวเร็ว
 - ๔.๒ สามารถเลือกใช้ทั้ง ๒ ด้าน ตามความเหมาะสมของคนใช้
 - ๔.๓ หุ้มด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยลดแรงเสียดทาน กันน้ำ กันไฟ และป้องกันเชื้อแบคทีเรีย MRSA และเชื้อโรคอื่น เช่น Staphylococcus Aursus และ Colon Bacillus
 - ๔.๔ ที่นอนมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร และความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๑๐ มิลลิเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มม.
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 - ๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี จากวันรับมอบของครบ

ลงชื่อ
(นางสาวระวีวรรณ พันธุ์เอี่ยม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ
(นางภาวนา ชุตติพิมลกุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ
(นางบุญจง คล่องแคล่ว)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ