

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)
ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๒ รายการ
 ๑. เครื่องพ่นยา จำนวน ๘๐ เครื่อง
 ๒. เตียงนอนปรับระดับ ๒ ไก่ จำนวน ๘๐ เตียง
๒. หน่วยงานของเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
 ๑. เครื่องพ่นยา จำนวน ๘๐ เครื่อง ๆ ละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐บาท
 ๒. เตียงนอนปรับระดับ ๒ ไก่ จำนวน ๘๐ เตียง ๆ ละ ๑๘,๗๕๐ บาท เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาทรวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๐๐,๐๐๐ (หนึ่งล้านเก้าแสนบาทถ้วน)
๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๗ มีนาคม ๒๕๖๑
 ๑. เครื่องพ่นยา จำนวน ๘๐ เครื่อง เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐บาท
 ๒. เตียงนอนปรับระดับ ๒ ไก่ จำนวน ๘๐ เตียง เป็นเงิน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท
๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
 ๑. เครื่องพ่นยา สืบราคา จาก ๓ บริษัท ดังนี้
 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย
 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนิทดีซัพพลาย
 - บริษัท เจเอส ยูนิเทค จำกัด
 ๒. เตียงนอนปรับระดับ ๒ ไก่ สืบราคา จาก ๓ บริษัท ดังนี้
 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอโอ เมดิคอลแอนด์ซัพพลาย
 - ห้างหุ้นส่วนจำกัด สนิทดีซัพพลาย
 - บริษัท เจเอส ยูนิเทค จำกัด
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. เครื่องพ่นยา
 - ๑.นางวันเพ็ญ เรืองเกษม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ ประธานกรรมการ
 - ๒.นายสุรัตน์ สุขสว่าง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
 - ๓.นายอภิรัตน์ ลือศิริ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
 ๒. เตียงนอนปรับระดับ ๒ ไก่
 - ๑.นางสาวระวีวรรณ พันธุ์เอี่ยม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ประธานกรรมการ
 - ๒.นางภาวนา ชุติมลกุล พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ
 - ๓.นางบุญจง คล่องแคล่ว พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ กรรมการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ

เครื่องพ่นยา

วัตถุประสงค์การใช้งาน

เครื่องพ่นละอองยาขยายหลอดลม สำหรับผู้ป่วยโรคหอบหืดถุงลมโป่งพองและโรคอื่น ๆ ในระบบทางเดินหายใจ

คุณลักษณะทั่วไป

1. ตัวเครื่องมีน้ำหนักไม่เกิน 2.4 กิโลกรัม
2. ใช้กับกระแสไฟฟ้าสลับ 220 โวลต์ 50 เฮิรท์
3. ผลิตภัณฑ์ได้รับมาตรฐาน Dir.93/42/EEC , CE0051,ISO13485

คุณลักษณะเฉพาะ

1. ตัวเครื่องทำงานด้วยระบบลูกสูบ (Piston Compressor) ซึ่งออกแบบมาเพื่อสะดวกในการดูแลรักษา ไม่ต้องใส่สารหล่อลื่น มีปุ่มควบคุมแรงดัน และหน้าปัดแสดงแรงดัน (pressure regulator and gauge)
2. ใช้ชุดพ่นละอองยา บรรจุยาได้ไม่น้อยกว่า 8 มล. ให้ละอองยาได้ไม่น้อยกว่า 0.29 มิลลิลิตรต่อนาทีด้วยวาล์ว

อัตราโนมิตี


3. ความดันสูงสุดในการพ่นละอองยาไม่น้อยกว่า 3.5 +/- 0.5 bar
4. ตัวเครื่องให้อัตราการไหลของอากาศไม่น้อยกว่า 14 ลิตร / นาที
5. ตัวเครื่องขณะทำงานมีระดับความดังของเสียงไม่เกิน 55 เดซิเบล (เอ)
6. ตัวเครื่องมีที่กรองฝุ่น (FILTER) สามารถถอดเปลี่ยนได้ง่าย
7. ชุดละอองยา สามารถฆ่าเชื้อโรคโดยวิธีต้ม 5-10 นาที หรือ ึ่งไอน้ำที่ 121 องศาเซลเซียส ไม่เกิน 25 นาที

อุปกรณ์ประกอบใช้งาน

1. ชุดพ่นละอองยา	1	ชิ้น
2. Mouthpiece	1	ชิ้น
3. Nasal Prong	1	ชิ้น
4. สายต่อยาว 2 เมตร	1	ชิ้น
5. หน้ากาก สำหรับผู้ใหญ่	1	ชิ้น
6. หน้ากาก สำหรับเด็กโต	1	ชิ้น
7. ฟิลเตอร์กรองฝุ่น	2	ชิ้น

เงื่อนไขเฉพาะ

1. รับประกันคุณภาพ 1 ปี
2. มีใบแต่งตั้งจากตัวแทนจำหน่ายภายในประเทศแสดง



นางวันเพ็ญ เรืองเกษม
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ



นายสุรัตน์ สุขสว่าง
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



นายอนันต์ ลือศิริ
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

รายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะ
เตียงผู้ป่วยชนิด 2 ไกร์

1. ความต้องการ

เตียงสำหรับผู้ป่วยปรับระดับ หัว – ท้าย เตียงได้

2. วัตถุประสงค์การใช้งาน

ใช้สำหรับผู้ป่วยนอนพักรักษาในหอผู้ป่วย

3. คุณลักษณะทั่วไป

3.1. เป็นเตียงผู้ป่วยแบบควบคุมการปรับท่าต่างๆ ด้วยリモートหมุนด้านท้ายเตียง

3.2. มีราวกันเตียงทั้งสองด้านเพื่อป้องกันการพลัดตกของผู้ป่วยทำด้วยโลหะไม่เป็นสนิม เป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มุมโค้งมน ขนาดความสูง วัดจากตำแหน่งกึ่งกลาง ไม่น้อยกว่า 20 เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า 180 เซนติเมตร โดยมีระบบล็อก-ปลดล็อก อยู่ตรงกลางราว สามารถปรับ ขึ้น – ลงได้สะดวก

4. คุณลักษณะเฉพาะ

4.1. โครงสร้างเตียงทำจากโลหะฉาก ที่มีความแข็งแรง เคลือบด้วยสีฝุ่น หรือดีกว่า รับน้ำหนักได้ ไม่น้อยกว่า 550 ปอนด์ หรือ 200 กิโลกรัม

4.2. เตียงมีความยาวไม่น้อยกว่า 2000 มิลลิเมตร ความกว้างไม่น้อยกว่า 900 มิลลิเมตร และ ความสูง ไม่น้อยกว่า 600 มิลลิเมตร(ความสูงยังไม่รวมที่นอน) พร้อมราวกันเตียง

4.3. พื้นเตียงแบ่งออกเป็น 4 ตอน เป็นเหล็กตะแกรง ยึดด้วยสปริงเพื่อระบายอากาศ แข็งแรง ทนทาน

4.4. พนักหัว – ท้ายเตียง ทำจากไม้อัดบุด้วยโฟมเก้าอี้ขาว ครอบด้วยสแตนเลสกลมไม่น้อยกว่า 2.5 เซนติเมตร สามารถถอดออกได้

4.5. สามารถปรับระดับด้านหัวเตียง ยกสูงได้ไม่น้อยกว่า 0-80 องศา

4.6. สามารถปรับระดับด้านขาเตียง ยกงอเข้าสูงได้ไม่น้อยกว่า 0-45 องศา

4.7. มือหมุนทำจากเหล็กชุบโครเมียม สามารถพับเก็บได้ สะดวกเวลาใช้งาน

4.8. ใส่ล้อล้อขนาดไม่น้อยกว่า 4 นิ้ว จำนวน 4 ล้อ มีเบรกทั้งหมด 4 ล้อ

5. อุปกรณ์ประกอบต่อ 1 เตียง

5.1. ที่นอนตอนเดียว หุ้มด้วยผ้าหนังเทียมหนาไม่น้อยกว่า 3 นิ้ว

6. เงื่อนไขเฉพาะ

6.1. รับประกันคุณภาพ 1 ปี



(นางสาวระวีวรรณ พันธุ์เอี่ยม)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางภาวนา ชูดีพิมลกุล)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ



(นางบุญจง คล่องแคล่ว)
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ