

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย
การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ชื่อครุภัณฑ์การแพทย์โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จำนวน ๕ รายการ

๑. รถเข็นนั่งถ่าย จำนวน ๑,๐๒๕ คัน
๒. เก้าอี้นั่งถ่าย จำนวน ๑,๐๒๕ ตัว
๓. รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๑,๐๒๕ คัน
๔. เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข. จำนวน ๖๑๕ เตียง
๕. ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ จำนวน ๖๑๕ อัน

๒. หน่วยงานของเจ้าของโครงการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา (จังหวัดพระนครศรีอยุธยา)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร

๑.รถเข็นนั่งถ่าย จำนวน ๑,๐๒๕ คันๆ ละ ๔,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๔,๖๑๒,๕๐๐ บาท (สี่ล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๒.เก้าอี้นั่งถ่าย จำนวน ๑,๐๒๕ ตัว ๆ ละ ๓,๕๐๐ บาท เป็นเงิน ๓,๕๘๗,๕๐๐ บาท (สามล้านห้าแสนแปดหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.รถเข็นชนิดนั่ง จำนวน ๑,๐๒๕ คัน ๆ ละ ๖,๖๐๐ บาท เป็นเงิน ๖,๗๖๕,๐๐๐ บาท (หกล้านเจ็ดแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๔.เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข. จำนวน ๖๑๕ เตียง ๆ ละ ๑๕,๘๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๗๑๗,๐๐๐ บาท (เก้าล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน)

๕.ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ จำนวน ๖๑๕ อัน ๆ ละ ๑๕,๗๐๐ บาท เป็นเงิน ๙,๖๕๕,๕๐๐ บาท (เก้าล้านหกแสนห้าหมื่นห้าพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๔. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ๒๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๑

๑.รถเข็นนั่งถ่าย ราคากลางคันละ ๔,๘๓๘ บาท (สี่พันแปดร้อยสามสิบแปดบาทถ้วน)

๒.เก้าอี้นั่งถ่าย ราคากลางตัวละ ๓,๕๐๐ บาท (สามพันห้าร้อยบาทถ้วน)

๓.รถเข็นชนิดนั่ง ราคากลางคันละ ๖,๙๐๐ บาท (หกพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

๔.เตียงเฟิร์ลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข. ราคากลางเตียงละ ๑๕,๘๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันแปดร้อยบาทถ้วน)

๕.ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ ราคากลางอันละ ๑๕,๖๖๖ บาท (หนึ่งหมื่นสี่พันหกกร้อยหกสิบหกบาทถ้วน)

๕. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๑. รถเข็นนั่งถ่าย สืบราคา จาก ๓ บริษัท ดังนี้

- บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด
- บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
- ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.ดี.เครื่องมือแพทย์

๒. เก้าอี้นั่งถ่าย สืบราคา จาก ๓ บริษัท ดังนี้

- บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด
- บริษัท แกรนด์ เมดิคอล แคร่ จำกัด
- บริษัท ทิพย์รัตน์ ชัพพลาย จำกัด

๓. รถเข็นชนิดนั่ง ใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑ สำนักงบประมาณ
มกราคม ๒๕๖๑

๔. เตียงเพาวัลเลอร์ ชนิดมือหมุน แบบ ข. ใช้ราคามาตรฐานครุภัณฑ์ กองมาตรฐานงบประมาณ ๑
สำนักงบประมาณ มกราคม ๒๕๖๑


๕. ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ สี่บราคา จาก ๓ บริษัท ดังนี้


- บริษัท ฟาร์ ทริลเลียน จำกัด
- บริษัท ยูนิเวอร์แซล ควอลิตี้ จำกัด
- บริษัท กรุงเทพครุภัณฑ์เวชภัณฑ์ จำกัด


๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง


- | | | |
|--------------------------------|--|---------------|
| ๑.นางลัดดา คังขชาติ | นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา) | ประธานกรรมการ |
| ๒.นางวิมล เลหาภิชาติชัย | นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๓.นางสุภารัตน์ สำอางค์ศรี | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ | กรรมการ |
| ๔.นางณัฐธยาน์ ประเสริฐอำไพสกุล | พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ | กรรมการ |
| ๕.นางพัชรินทร์ ธรรมากุล | นักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| ๖.นางสายสมร บุญรอด | นักกายภาพบำบัดชำนาญการ | กรรมการ |
| ๗.นางสาวอมรรัตน์ อุดร | นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ | กรรมการ |


ลงชื่อ  ประธานกรรมการ
(นางลัดดา คังขชาติ)


ลงชื่อ  กรรมการ
(นางวิมล เลหาภิชาติชัย)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสุภารัตน์ สำอางค์ศรี)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางณัฐธยาน์ ประเสริฐอำไพสกุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางพัชรินทร์ ธรรมากุล)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสายสมร บุญรอด)

ลงชื่อ  กรรมการ
(นางสาวอมรรัตน์ อุดร)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถเข็นนั่งถ่าย

๑. ความต้องการ รถเข็นสำหรับนั่งถ่าย
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (คลังอุปกรณ์)
๓. คุณสมบัติทั่วไป เป็นรถเข็นนั่งถ่ายสแตนเลส ชนิด ๔ ล้อ
๔. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - ๔.๑ ตัวรถทำด้วยสแตนเลสทั้งคัน
 - ๔.๒ ที่รองนั่ง , พนักพิงหลัง และที่วางแขน ทำด้วยสแตนเลสแผ่นหนาไม่น้อยกว่า ๑ มม.
 - ๔.๓ ที่รองนั่งเจาะรูสำหรับนั่งถ่าย , ด้านล่างมีตะแกรงสำหรับรองหม้อนอน
 - ๔.๔ มีเบาะพองน้ำหุ้มหนังเทียมหนา ไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว สำหรับปิดที่รองนั่ง
 - ๔.๕ มีที่วางรองเท้าทำด้วยอลูมิเนียมพับได้
 - ๔.๖ มีที่จับเข็นอยู่ด้านหลัง
 - ๔.๗ มี ๔ ล้อ ใช้ล้อขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว มีเบรก ๒ ล้อ
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 - ๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี จากวันรับมอบของครบ

ลงชื่อ 

(นางลักษณา คังชชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ลงชื่อ 

(นางวิมล เลหาชาติชัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ 

(นางสุภารัตน์ สำอางค์ศรี)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ 

(นางณัฐยานี ประเสริฐอำไพสกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางพัชรินทร์ ธรรมากุล)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางสายสมร บุญรอด)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางสาวอมรรัตน์ อุด)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เก้าอี้นั่งถ่าย

๑. ความต้องการ เก้าอี้สำหรับนั่งถ่าย ชนิดสแตนเลส
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (คลังอุปกรณ์)
๓. คุณสมบัติทั่วไป เป็นเก้าอี้นั่งถ่ายชนิดสแตนเลสป้องกันสนิมมีพนักพิงหลัง สามารถปรับระดับสูง-ต่ำ และพับเก็บได้
๔. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - ๔.๑ โครงสร้างทำจากสแตนเลสป้องกันสนิม
 - ๔.๒ ที่รองนั่งทำจากพีวีซี
 - ๔.๓ ที่นั่งมีความกว้างไม่น้อยกว่า ๔๐ ซม.
 - ๔.๔ ปรับระดับสูง - ต่ำ ได้อย่างน้อย ๕ ระดับ
 - ๔.๕ มีลูกยาง ทั้ง ๔ ขา ป้องกันการลื่น
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 - ๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี จากวันรับมอบของครบ

ลงชื่อ 

(นางลักษณ์ คังขชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)


ลงชื่อ 

(นางวิมล เลาหิชาติชัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ 

(นางสุภารัตน์ สำอางค์ศรี)

ลงชื่อ 

(นางณัฐยานี ประเสริฐอำไพสกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางพัชรินทร์ ธรรมากุล)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางสายสมร บุญรอด)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางสาวอมรรัตน์ อุดร)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

รถเข็นชนิดนั่ง

๑. ความต้องการ รถนั่งคนพิการแบบมาตรฐานขนาดใหญ่
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (คลังอุปกรณ์)
๓. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๓.๑ โครงทำด้วยเหล็กไม่เป็นสนิม ขนาดไม่น้อยกว่า ๗/๘ นิ้ว
 - ๓.๒ พนักพิง เบาะนั่ง และที่วางแขนและที่กันเท้าตกทำจากหนังเทียมหรือผ้าใบสังเคราะห์ เคลือบด้วยพีวีซี
 - ๓.๓ เบาะนั่งมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๘ x ๑๘ นิ้ว
 - ๓.๔ ความสูงจากพื้นถึงเบาะนั่งไม่น้อยกว่า ๒๐ นิ้ว
 - ๓.๕ ที่วางเท้าแบบพับได้ ทำด้วยอลูมิเนียม
 - ๓.๖ มีแผ่นโลหะที่ด้านหลังของเบาะนั่งเพื่อกันชายเวือของผู้ใช้ยื่นเข้าวงล้อและป้องกันสิ่งของ ตกจากรถ
 - ๓.๗ ล้อหน้า ๒ ล้อ มีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ติดยางตัน สามารถหมุนได้รอบตัว
 - ๓.๘ ล้อหลัง ๒ ล้อ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่น้อยกว่า ๒๔ นิ้ว ติดยางตัน พร้อมมวงปั่น
 - ๓.๙ ห้ามล้อ (wheel lock) เป็นแบบดันไปข้างหน้าเพื่อห้ามล้อ
 - ๓.๑๐ สามารถรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม
- ๔ .เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๔.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 - ๔.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี จากวันรับมอบของครบ

ลงชื่อ 

(นางลักษณา คังขชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)

ลงชื่อ 

(นางวิมล เลหาพิชาติชัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ 

(นางสุภารัตน์ สำอางค์ศรี)

ลงชื่อ 


(นางณัฐธยาน์ ประเสริฐอำไพสกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางพัชรินทร์ ธรรมากุล)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางสายสมร บุญรอด)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางสาวอมรรัตน์ อุดร)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

เตียงเพาเวอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ข


- ๑. ความต้องการ เป็นเตียงผู้ป่วยเพาเวอร์ ชนิดมือหมุนแบบ ข
- ๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะพึ่งพิงในชุมชน (คลังอุปกรณ์)
- ๓. คุณสมบัติทั่วไป
 - ๓.๑ พนักหัวท้ายเตียงเป็นแบบทึบบุโฟมเก้าอี้ขาว ๒ ด้าน ขอบทำด้วยคิ้วสแตนเลส
 - ๓.๒ พื้นเตียง ทำด้วยเหล็กฉาก ขนาด ๑ ๑/๔" x ๑ ๑/๔" หนา ๑.๒ มม. บุทับด้วยแผ่นเหล็กเจาะรู พ่นสีกันสนิม
 - ๓.๓ คานเตียง ทำด้วยท่อเหล็กเหลี่ยม ขนาด ๑ ๑/๒" x ๓" หนา ๑.๕ มม.
 - ๓.๔ เตียงเพาเวอร์มี ๒ โถก ติดตั้งด้านท้ายเตียง ดำจับไขแน่นหนา เป็นชนิดพับเก็บได้ สำหรับยกพื้นส่วนหลัง (หัวเตียง) ให้สูงขึ้น และหมุนยกเข้าให้อยู่ในลักษณะงอขาได้
 - ๓.๕ ขาเตียง ทำด้วยท่อเหล็กกลม ขนาด ๒ ๑/๔" x ๑.๒ มม. และขนาด ๑" x ๑.๒ มม.
 - ๓.๖ ขนาดเตียง ๙๐x๒๐๐ ซม. ความสูงรวมล้อ ๖๐ ซม.
 - ๓.๗ ตัวเตียงพ่นสีกันสนิมอย่างดี
 - ๓.๘ ใส่ล้อขนาด ๔" จำนวน ๔ ล้อ มีห้ามล้อ ๒ ล้อ

๔. อุปกรณ์ประกอบ (ต่อ ๑ เตียง)

- ๔.๑ ราวกันเตียง ทำด้วยท่อสแตนเลสกลม ขนาด ๑" และขนาด ๑/๒" จำนวน ๑ คู่ ขนาด ๔๘.๕x ๑๘๐ ซม.
- ๔.๒ ที่นอนฟองน้ำอัดหุ้มด้วยผ้าหนังเทียมสีเขียว หนา ๓" จำนวน ๑ ที่
- ๔.๓ ม้าขึ้นเตียงโครงทำด้วยโลหะพ่นสีพ่นด้วยไม้อัด ทับบนด้วยพื้นยาง ขนาดความสูง ไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๕. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
- ๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี จากวันรับมอบของครบ

ลงชื่อ 

(นางลักษณา คังขชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)


ลงชื่อ 

(นางวิมล เลหาพิชาติชัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ 

(นางสุนารัตน์ สำอางค์ศรี)

ลงชื่อ 


(นางณัฐธยาน์ ประเสริฐอำไพสกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ 


(นางพัชรินทร์ ธรรมากุล)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางสายสมร บุญรอด)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางสาวอมรรัตน์ อุดร)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ

ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ

๑. ความต้องการ ที่นอนโฟมกันแผลกดทับ
๒. วัตถุประสงค์การใช้งาน สำหรับผู้สูงอายุและผู้พิการที่มีภาวะฟุ้งฟิงในชุมชน (คลังอุปกรณ์)
๓. คุณสมบัติทั่วไป เป็นที่นอนสำหรับผู้ป่วย เพื่อป้องกันการเกิดแผลกดทับ
๔. คุณลักษณะทางเทคนิค
 - ๔.๑ เป็นแบบสองชั้น ซึ่งประกอบด้วย ยูรีเทนโฟมแบบคืนตัวเร็ว และยูรีเทนแบบคืนตัวเร็ว
 - ๔.๒ สามารถเลือกใช้ทั้ง ๒ ด้าน ตามความเหมาะสมของคนไข้
 - ๔.๓ หุ้มด้วยวัสดุที่มีความยืดหยุ่นสูง ช่วยลดแรงเสียดทาน กันน้ำ กันไฟ และป้องกันเชื้อแบคทีเรีย MRSA และเชื้อโรคอื่น เช่น Staphylococcus aureus และ Colon bacillus
 - ๔.๔ ที่นอนมีขนาดความยาวไม่น้อยกว่า ๑,๙๐๐ มิลลิเมตร และความกว้างไม่น้อยกว่า ๙๑๐ มิลลิเมตร และมีความหนาไม่น้อยกว่า ๑๒๐ มม.
๕. เงื่อนไขเฉพาะ
 - ๕.๑ เป็นของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน สภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งาน
 - ๕.๒ รับประกันคุณภาพเป็นเวลา ๑ ปี จากวันรับมอบของครบ

ลงชื่อ 

(นางลักษณ์ คังขชาติ)

นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)


ลงชื่อ 

(นางวิมล เลหาภิชชาติชัย)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ 

(นางสุภารัตน์ สำอังก์ศรี)

ลงชื่อ 

(นางณัฐยานัน ประเสริฐอำไพสกุล)

พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางพัชรินทร์ ธรรมากุล)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางสายสมร บุญรอด)

นักกายภาพบำบัดชำนาญการ

ลงชื่อ 

(นางสาวอมรรัตน์ อุดร)

นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการ